

P R E F E I T U R A
CARMO
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE

Requisição nº 111/2023/SMS

Carmo-RJ, 29 de maio de 2023.

De: FABÍOLA DA SILVA WERNECH

Secretária Municipal de saúde

Para: IRINEIA NUNES ARAUJO

Setor de Planejamento e Compras da SMS


REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

DESTINATÁRIO: Setor de Planejamento e Compras da SMS

Aquisição de Material

Prestação de Serviço

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
01	Mocho material de confeccionado em aço/ferro cromado, com encosto e com regulagem de altura a gás. Com rodízios assento estofado, construído sobre 04 pés de tubos redondos	UN	03
02	01 Pinça Croce manopla com cremalheira, 01 pinça Croce manopla sem cremalheira, 01 Pinça de apreensão manopla com cremalheira, 01 Pinça de apreensão manopla sem cremalheira, 01 Pinça de apreensão atraumática manopla com cremalheira, 01 Pinça de apreensão atraumática manopla sem cremalheira, 01 Pinça de apreensão tipo cachorrão 10,0mm manopla com cremalheira, 01 Pinça de apreensão tipo cachorrão 10,0mm manopla sem cremalheira, 01 Pinça de apreensão e dissecação ponta romba manopla com cremalheira, 01 Pinça de apreensão e dissecação ponta romba manopla sem cremalheira, 01 Pinça de apreensão fenestrada tipo Endoclinch manopla com cremalheira, 01 Pinça de apreensão fenestrada tipo Endoclinch manopla sem cremalheira, 01 Pinça de apreensão tipo Babcock manopla com cremalheira (ativável/desativável), 01 Pinça de apreensão tipo Babcock manopla sem cremalheira (ativável/desativável) 01 Pinça de apreensão tipo Grasper (jacaré) manopla com cremalheira (ativável/desativável), 01 Pinça de apreensão tipo Grasper (jacaré) manopla sem cremalheira (ativável/desativável), 01 Pinça de dissecação reta, 01 Pinça de dissecação tipo Dolphin sem cremalheira, 01 Pinça de dissecação tipo Maryland com cremalheira 01 Pinça de dissecação tipo Maryland mandíbula longa com cremalheira, 01 Pinça de tração e apreensão intestinal tipo Bowel com cremalheira, 01 Pinça de tração e dissecação fenestrada manopla sem cremalheira, 01 Pinça Fenestrada com cremalheira, 01 Pinça Fenestrada sem cremalheira, 01	UN	02



P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE

	Tesoura tipo Metzenbaum curva, 01 Tesoura Tipo Metzenbaum Reta		
03	Ar condicionado: tipo split - capacidade 9.000 btus - função quente / frio – 220v – classificação energética a no selo Procel – cor branca	UN	23
04	Desfibrilador Convencional: Impressão indicação luminosa onda “R” - Teclado Membrana - Bateria Recarregável (40 disparos) - Alimentação Bivolt- Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. Escalas de 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto.	UN	02
05	Ar condicionado: tipo split - capacidade 18.000 btus - função apenas frio – 220v – classificação energética a no selo Procel – cor branca	UN	03
06	Autoclave 100 Digital Horizontal de 1 porta. Câmara(s) Interna: A partir de chapas planas, com espessuras mínimas conforme norma ABNT NBR 11816, construídas em aço inoxidável, cortadas e conformadas a frio acetinado, com acabamento polido padrão sanitário. Câmara Externa: A partir de chapas planas, com espessuras mínimas conforme norma ABNT NBR 11816, construídas em aço inoxidável, cortadas e conformadas a frio acetinado. Gerador de Vapor: Gerador de Vapor construído em aço inoxidável AISI 304-L com espessura de 3,0mm, para funcionar com sistema de aquecimento elétrico (resistência), construído conforme a NBR 11.816. Isolamento Térmico da Câmara de Esterilização: A câmara de esterilização estará isolada termicamente por mantas de lã minerais de alta densidade e espessura, que assegura uma perfeita isolamento térmica, evitando o desperdício de energia e não alterando as condições ambientais da área de trabalho. Carros internos e externos, Cestos Aramados: São acessórios que facilitam os transportes ou acomodação de diversos tipos de materiais para cada tipo de finalidade. Podem ser construídos o(s) carro(s) externo(s) com 02 ou 04 rodízios de diversos tamanhos com sistema de freio unitário, duplo, triplo ou quádruplo aplicados nas rodas, suporte(s) de solo(s) ou suporte(s) de parede(s) em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo/antioxidante e pintura em epóxi. O(s) galheteiro(s), cesto(s), bandeja(s), magazine(s), container(es), caixa(s) de instrumentais podem ser diversos podem ser construídos em aço inoxidável. Gabinete Externo: A autoclave tem revestimento externo construído por chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado. Estrutura Interna: A autoclave tem estrutura interna construída por perfis de aço carbono. Isolamento Térmico da Câmara de Esterilização: A	UN	01



P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE

	câmara de esterilização estará isolada termicamente por mantas de lã minerais de alta densidade e espessura, que assegura uma perfeita isolação térmica, evitando o desperdício de energia e não alterando as condições ambientais da área de trabalho. Tensão 220v		
07	Computador servidor (apenas servidor básico de entrada): Especificação mínima: que esteja em linha de produção, pelo fabricante. Computador servidor com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads, frequência de 3.5 GHz e Turbo Boost 3.9GHz; memória RAM de 16 a 32 GB ddr4 ECC 2133 MHZ (2 módulos de 8 GB), disco rígido: 2 x 1 TB 7200 RPM SATA 3 - configurado em RAID 1, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM, conexão SATA, sem monitor, gabinete torre, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2 com fio e mouse óptico USB, 800 DPI, 2 botões mais scroll - com fio, interfaces de rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada), interfaces de vídeo integrada à CPU com 16 MB, fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item, sistema operacional Windows Server 2012 R2 standard (64 bits) ou superior. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento	UN	01

FABÍOLA DA SILVA WERNECH
Secretária municipal de Saúde
Portaria nº 102/2022